

ST  
120

## CALIBRADOR DE SONÓMETRO TIPO 1



- IEC 60942:2003 Clase 1/ANSI S1.40-1984
- Nivel sonoro salida: en 94dB y 114dB
- Frecuencia: 1KHZ  $\pm$  1%, Clase 1, A
- Precisión: 94  $\pm$  0.3 dB  $\pm$  0,5 dB 114
- Niveles de presión sonora: en 94dB y 114dB
- Para 1/2" calibración del micrófono de condensador
- Indicador de batería baja
- Ondas armónicas distorsión en  $\pm$  3%
- Alimentación: 9V 006P batería o IEC6F22 o NEDA 1604
- Entorno de operación: 23.0 oC  $\pm$  3° C. 85% de humedad rel, 850mbar ~ 1050mbar,  $\leq$ 2000M

*\*Nos reservamos el derecho a modificaciones*

